

jährliche halbjährliche außerordentliche Wartung

Achtung: Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn Hauptstempel oder Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden. Grundlage für die Wartungsarbeiten sind die Angaben in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes. Der Wartungsnachweis ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.

Messgerätebetreiber:

Ausgeführte Arbeiten:

4-Gas-Messgerät / Dieselrußmessgerät

- Abgasschlauch und Probenahmesonde gereinigt und geprüft
- Alle Kabelverbindungen und Schlauchanschlüsse auf festen Sitz geprüft
- Drucker gereinigt und überprüft

4-Gas-Messgerät

- Vorfilter ersetzt
- Feinfilter ersetzt
- Lecktestabdichtung auf Beschädigung geprüft
- Dichtheitsprüfung durchgeführt
- O₂-Sensor geprüft, Typ: _____, Ser.-Nr.: _____
- Aktivkohlefilter ersetzt
- Prüfgaskalibration durchgeführt

Dieselrußmessgerät

- Messoptik gereinigt und überprüft
- Funktionskontrolle Gebläse
- Prüfung mit Graufilter

Sonstige ausgeführte Arbeiten / Bemerkungen:

.....
.....
.....

Wartung durch Firma:

Datum der erfolgten Wartung: _____

Nächste Wartung am (Wartungsfrist ½ Jahr): _____

Wartungsdurchführender:

Name (Druckschrift)

Unterschrift